

# HOTĂRÎRE

nr. 020

“05” iulie 2016

Referitor la aprobarea de model a mijlocului de măsurare importat în exemplar unic.  
Institutul Național de Metrologie, examinând materialele prezentate emite următoarea:

## HOTĂRÎRE :

1. A aproba modelul și a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, **pH-metru tip pH7110**, producător Wissenschaftlich-Technische Werkstätten GmbH, Republica Federală Germania, cu nr. **III-0460:2016**.

A elibera certificatul de aprobare de model nr. **0367 U** pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de fabricație: **15520331**.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru **pH-metru tip pH7110** verificarea metrologică inițială și periodică cu **perioada de verificare – 12 luni** (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal”).

Director General

Anatolie MELENCIUC