

# HOTĂRÎRE

nr. 023

“14” iulie 2016

Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici.  
Institutul Național de Metrologie, examinând materialele prezentate emite următoarea:

## HOTĂRÎRE:

1. A aproba modelul și a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, **ANALIZOR tip Alcolyzer**, producător Anton Paar GmbH, Republica Austria, cu nr. III-0461:2016.

A elibera certificatul de aprobare de model nr. **0368 U** pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de fabricație: **81855322; 81853308; 81848263/81826070; 81848256/81826094; 82032722/81997985**.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru **ANALIZOR tip Alcolyzer** verificarea metrologică inițială și periodică cu **perioada de verificare – 12 luni** (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal”).

**Director general**

**Anatolie MELENCIUC**