



HOTĂRÎRE

nr. 0014 – M

“30” octombrie 2009

mun. Chișinău

Referitor la aprobarea de
model a mijloacelor de măsurare importate
în loturi mici sau exemplare unice

Institutul Național de Standardizare și Metrologie, în calitate de organism național de metrologie, examinând materialele prezentate în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice, emite următoarea

HOTĂRÎRE :

1. A aproba modelul și a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, **analizor de vin tip ALCOLYZER**, cu numărul de fabricație 80457695 producător ANTON PAAR GmbH, Austria, solicitant I.C.S. „NITECH” S.R.L., mun. Chișinău, cu **nr. III-0130:2009**.

A elibera I.C.S. „NITECH” S.R.L., mun. Chișinău, certificatul de aprobare de model **nr. 0116U** și a autoriza *utilizarea* mijlocului de măsurare menționat, pe teritoriul țării.

Se stabilește, în mod obligatoriu, verificarea metrologică periodică cu perioada de verificare **12 luni**.

2. A aproba modelul și a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, **densimetru electronic tip DMA 4500**, cu numărul de fabricație 80471165 producător ANTON PAAR GmbH, Austria, solicitant Î.C.S. „NITECH” S.R.L., mun. Chișinău, cu **nr. III-0131:2009**.

A elibera I.C.S. „NITECH” S.R.L., mun. Chișinău, certificatul de aprobare de model **nr. 0117U** și a autoriza *utilizarea* mijlocului de măsurare menționat, pe teritoriul țării.

Se stabilește, în mod obligatoriu, verificarea metrologică periodică cu perioada de verificare **12 luni**.

3. A aproba modelul și a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, **higrometru electronic tip HI9161**, cu numerele de fabricație 762994, 762996, 762987, 762983, 762989, 762981, 762995, 762992, 762990, 762993 producător HANNA INSTRUMENTS ROMÂNIA

S.R.L., România, solicitant Î.C.S. „NITECH” S.R.L., mun. Chişinău, cu **nr. III-0132:2009**.

A elibera Î.C.S. „NITECH” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model **nr. 0118U** și a autoriza *utilizarea* mijlocului de măsurare menționat, pe teritoriul țării.

Se stabilește, în mod obligatoriu, verificarea metrologică inițială și periodică cu perioada de verificare **12 luni**.

4. A aproba modelul și a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, **anemometru digital tip testo 425**, cu numerele de fabricație 01635611, 01635642, 01635666, 01642161, 01635614, 01383235, 01635662 producător TESTO AG, Germania, solicitant I.C.S. „NITECH” S.R.L., mun. Chişinău, cu **nr. III-0133:2009**.

A elibera Î.C.S. „NITECH” S.R.L., mun. Chişinău, certificatul de aprobare de model **nr. 0119U** și a autoriza *utilizarea* mijlocului de măsurare menționat, pe teritoriul țării.

Se stabilește, în mod obligatoriu, verificarea metrologică inițială și periodică cu perioada de verificare **12 luni**.

Director general



Igor CALDARE