



HOTĂRÎRE

nr. 0004 – M

“19” martie 2010

mun. Chișinău

Referitor la aprobarea de
model a mijloacelor de măsurare importate
în loturi mici sau exemplare unice și
efectuarea expertizei metrologice a documentelor

Institutul Național de Standardizare și Metrologie, în calitate de organism național de metrologie, examinând materialele prezentate în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice și materialele prezentate pentru efectuarea expertizei metrologice emite următoarea

HOTĂRÎRE :

1. A aproba modelul și a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, **spectrofotometrul cu absorbție atomică tip PG - 990** cu numărul de fabricație 18-0998-01-0018, producător PG Instruments Ltd, Marea Britanie, solicitant I.C.S. „NITECH” S.R.L., mun. Chișinău, cu **nr. III-0141:2010**.

A elibera I.C.S. „NITECH” S.R.L., mun. Chișinău, certificatul de aprobare de model **nr. 0127U** și a autoriza *utilizarea* mijlocului de măsurare menționat, pe teritoriul țării.

Se stabilește, în mod obligatoriu, verificarea metrologică periodică cu perioada de verificare **12 luni**.

2. A aproba modelul și a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, **aparatură de cântărit cu funcționare neautomată (balanță de laborator) tip BD ED 100, modificarea ATL 224-V** cu numărul de fabricație 25002411, producător SARTORIUS AG (brand ACCULAB), Republica Federală Germania, solicitant „UTA - Impex” S.R.L., mun. Chișinău, cu **nr. III-0142:2010**.


A elibera „UTA - Impex” S.R.L., mun. Chișinău, certificatul de aprobare de model **nr. 0128U** și a autoriza *utilizarea* mijlocului de măsurare menționat, pe teritoriul țării.

Se stabilește, în mod obligatoriu, verificarea metrologică periodică cu perioada de verificare **12 luni**.

3. În rezultatul efectuării expertizei metrologice a documentelor referitoare nivelmetru tip SiteSentinel, producător „Petro Vend Inc”, SUA solicitant „Combuservice” SRL, mun. Chișinău, s-a hotărât:

a) A recunoaște rezultatele verificării metrologice a nivelmetrului tipe SiteSentinel I în componența: controller seria 1114623 și sondă seria 7896330 efectuate de către Национальный научный центр «Институт метрологии» or. Harcov, Ucraina.

Director general

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'V. Dragancea', with a horizontal line extending to the right.

Vitalie DRAGANCEA