

HOTĂRÂRE

Nr. 32

“23” iulie 2018

Referitor la aprobarea de model a mijlocului de măsurare importat în exemplar unic.
Institutul Național de Metrologie, examinând materialele prezentate, emite următoarea

HOTĂRÂRE :

1. A aproba modelul și a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, **partea III, ANALIZOR DE GAZE tip MQG 0010 (X-am 5000)**, producător Dräger Safety AG & Co.KGaA, Republica Federală Germania, cu nr. **III-0488:2018**.

A elibera certificatul de aprobare de model nr. **0384 U** pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de fabricație: **ARLE-2089**.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru **ANALIZOR DE GAZE tip MQG 0010 (X-am 5000)** verificarea metrologică inițială și periodică cu **perioada de verificare – 12 luni** (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal”).

Director

Anatolie MELENCIUC