



## HOTĂRÎRE

nr. 0013 – M

“15” aprilie 2011

mun. Chișinău

Referitor la încercările  
metrologice de  
aprobarea de model a  
mijloacelor de măsurare

Institutul Național de Standardizare și Metrologie, în calitate de organism național de metrologie, examinând materialele prezentate în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare, emite următoarea

### HOTĂRÎRE :

**1.** A aproba modelul și a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” **aparatur de cântărit cu funcționare neautomată (balanță electronică) tip Штрих - принт** producător ЗАО „Штрих-М”, Federația Rusă, solicitant „Alex S&E” S.R.L., mun. Chișinău, cu **nr. I-0759:2011.**

A elibera certificatul de aprobare de model **nr. 763** pentru mijlocul de măsurare menționat de către „Alex S&E” S.R.L., mun. Chișinău, pe un termen de 3 ani pînă la 15.04.2014.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru **aparatur de cântărit cu funcționare neautomată (balanță electronică) tip Штрих - принт** verificarea metrologică inițială și periodică cu **perioada de verificare 12 luni.**

**2.** A aproba modelul și a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” **aparatur de cântărit cu funcționare neautomată (basculă pod electronică pentru vehicule rutiere) tip CAxxx** producător „Comsales Grup” S.R.L., mun. Chișinău, cu **nr. I-0760:2011.**

A elibera certificatul de aprobare de model **nr. 764** pentru mijlocul de măsurare menționat de către „Comsales Grup” S.R.L., mun. Chișinău, pe un termen de 3 ani pînă la 15.04.2014.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru **aparatur de cântărit cu funcționare neautomată (basculă pod electronică pentru vehicule rutiere) tip CAxxx** verificarea metrologică inițială și periodică cu **perioada de verificare 12 luni.**

**3.** A aproba modelul și a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” **contorul static trifazat de energie electrică activă tip ZMR110A** producător „Landis+Gyr” Ltd, Anglia solicitant I.C.S. „RED UNION FENOSA” S.A., mun. Chișinău, cu **nr. I-0761:2011.**

A elibera certificatul de aprobare de model **nr. 765** pentru mijlocul de măsurare menționat de către I.C.S. „RED UNION FENOSA” S.A., mun. Chișinău, pe un termen de 3 ani pînă la 15.04.2014.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru **contorul static trifazat de energie electrică activă tip ZMR110A** Ce verificarea metrologică inițială și periodică cu **perioada de verificare 48 luni**.

4. A aproba modelul și a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare in Republica Moldova” **contorul static monofazat de energie electrică tip ZCG 112A** Se producător „Landis+Gyr” Ltd, Anglia solicitant Î.C.S. „RED UNION FENOSA” S.A., mun. Chișinău, cu **nr. I-0762:2011**.

A elibera certificatul de aprobare de model **nr. 766** pentru mijlocul de măsurare menționat de către I.C.S. „RED UNION FENOSA” S.A., mun. Chișinău, pe un termen de 3 ani pînă la 15.04.2014.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru **contorul static monofazat de energie electrică tip ZCG 112A** Se verificarea metrologică inițială și periodică cu **perioada de verificare 98 luni**.

5. A aproba modelul și a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare in Republica Moldova” **electrocardiograful, familia SE (modificările SE-1 (SE-100); SE-3(SE-3A, SE-3B, SE-300A, SE-300B); SE-601 (SE-601A, SE-601B, SE-601C); SE-12 (SE-6, SE-600, SE-12, SE-1200, SE-1200 Express, SE-12 Express))** producător „Edan Instruments Co Ltd”, China solicitant F.P.C. „SOGNO” S.R.L., mun. Chișinău, cu **nr. I-0763:2011**.

A elibera certificatul de aprobare de model **nr. 767** pentru mijlocul de măsurare menționat de către F.P.C. „SOGNO” S.R.L., mun. Chișinău, pe un termen de 3 ani pînă la 15.04.2014.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru **electrocardiograful, familia SE (modificările SE-1 (SE-100); SE-3(SE-3A, SE-3B, SE-300A, SE-300B); SE-601 (SE-601A, SE-601B, SE-601C); SE-12 (SE-6, SE-600, SE-12, SE-1200, SE-1200 Express, SE-12 Express))** verificarea metrologică inițială și periodică cu **perioada de verificare 12 luni**.

6. A aproba modelul și a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare in Republica Moldova” **corectorul electronic de volum de gaze tip miniELCOR** producător „ELGAZ” s.r.o., Republica Cehă solicitant „MULTIENERGO” S.R.L., mun. Chișinău, cu **nr. I-0764:2011**.

A elibera certificatul de aprobare de model **nr. 768** pentru mijlocul de măsurare menționat de către „MULTIENERGO” S.R.L., mun. Chișinău, pe un termen de 3 ani pînă la 15.04.2014.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru **corectorul electronic de volum de gaze tip miniELCOR** verificarea metrologică inițială și periodică cu **perioada de verificare 24 luni**.

7. A aproba modelul și a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare in Republica Moldova” **contor de apă rece tip TU1 (denumirea comercială Flostar-M)** producător Itron, Republica Franceză solicitant „BUSINESS CENTRU PLUS” S.R.L., or. Florești, cu **nr. I-0765:2011**.

A elibera certificatul de aprobare de model **nr. 769** pentru mijlocul de măsurare menționat de către „BUSINESS CENTRU PLUS” S.R.L., or. Florești, pe un termen de 3 ani pînă la 15.04.2014.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru **contorul de apă rece tip TU1 (denumirea comercială Flostar-M)** verificarea metrologică inițială și periodică cu **perioada de verificare 24 luni**.

**8.** A elibera certificatul de aprobare de model **nr. 770** pentru **contorul de apă rece și caldă tip SISMA DOMUS (modificările: DBRF/13, DBRF/20, DBRC/13, DBRC/20)**, producător firma G. Gioanola, Italia, solicitant I.M. „Termostal Imex” S.R.L., mun. Chișinău inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” cu **nr. I-0313:2003** pe un termen de pînă la 15.04.2014.

Se stabilește, în mod obligatoriu, verificarea metrologică inițială și periodică cu **perioada de verificare**

- **24 luni**.

- **60 luni** – la blocuri locative.

**9.** A elibera certificatul de aprobare de model **nr. 771** pentru **distribuitorul de gaz lichefiat tip PETRO-PRIMUS-LPG-...-KV** producător MM PETRO Sp.z.o.o., Polonia, solicitant F.P.C. „KvaAnt” S.R.L., mun. Chișinău inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” cu **nr. I-0597:2008** pe un termen de pînă la 15.04.2016.

Se stabilește, în mod obligatoriu, verificarea metrologică inițială și periodică cu **perioada de verificare:**

- **6 luni** (distribuitor de gaz lichefiat);

**10.** A elibera certificatul de aprobare de model **nr. 772** pentru **distribuitorul de combustibil tip QUANTIUM (modificările 100T; 200T; 210T; 300T; 400T; 500T; 510T)** producător TOKHEIM, Marea Britanie solicitant F.P.C. „KvaAnt”, mun. Chișinău inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” cu **nr. I-0669:2008** pe un termen de pînă la 24.12.2011.

Se stabilește, în mod obligatoriu, verificarea metrologică inițială și periodică cu **perioada de verificare 6 luni**.

**11.** A elibera certificatul de recunoaștere a aprobării de model **nr. 266R** pentru **contorul static trifazat de energie electrică activă tip HIK 2301**, producător OOO „HIK-ЭЛЕКТРОНИКА”, Ucraina, solicitant „ELTEHSISTEM” S.R.L., mun. Chișinău, inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” cu **nr. I-0633:2008**, pe un termen de pînă la 24.09.2011.

Se stabilește, în mod obligatoriu, verificarea metrologică inițială și periodică cu **perioada de verificare 48 luni**.

**12.** A elibera certificatul de recunoaștere a aprobării de model **nr. 267R** pentru **contorul static monofazat de energie electrică tip HIK 2102**, producător OOO „HIK-ЭЛЕКТРОНИКА”, Ucraina, solicitant „ELTEHSISTEM” S.R.L., mun. Chișinău, inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise

spre utilizare în Republica Moldova” cu **nr. I-0634:2008**, pe un termen de pînă la 12.04.2013.

Se stabilește, în mod obligatoriu, verificarea metrologică inițială și periodică cu **perioada de verificare 96 luni**.

**13.** A elibera certificatul de aprobare de model **nr. 773** pentru **aparatură pentru măsurarea presiunii arteriale cu manometru mecanic tip BK (modificarea BK 2005)** producător „Wenzhou Bokang Instruments Co., Ltd”, Republica Populară Chineză, solicitant F.P.C. „Sogno”, mun. Chișinău inclus anterior în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” cu **nr. I-0758:2011** pe un termen de pînă la 15.04.2011.

Se stabilește, în mod obligatoriu, verificarea metrologică inițială și periodică cu **perioada de verificare 12 luni**.

**Director general**



**Vitalie DRAGANCEA**