



HOTĂRÎRE

nr. 0032-M

“22” septembrie 2011

mun. Chișinău

Referitor la aprobarea de
model a mijloacelor de măsurare importate
în loturi mici sau exemplare unice și expertiza
metrologică a documentelor

Institutul Național de Standardizare și Metrologie, în calitate de organism național de metrologie, examinând materialele prezentate în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice și materialele prezentate pentru efectuarea expertizei metrologice emite următoarea

HOTĂRÎRE :

1. A aproba modelul și a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, **electrocardiograful tip CARDIOLINE modificarea AR600ADV** cu numărul de fabricație 17640924 producător et medical devices Sp, Italia, solicitant IMSP „Centrul de Sănătate Budești”, c. Budești, cu nr. **III-0241:2011**.

A elibera IMSP „Centrul de Sănătate Budești”, c. Budești, certificatul de aprobare de model nr. **0209U** pentru mijlocul de măsurare menționat.

Se stabilește, în mod obligatoriu, verificarea metrologică inițială și periodică cu perioada de verificare **12 luni**.

2. În urma efectuării încercărilor metrologice a electrocardiografului tip BTL -08 (modificările Holter H100, Holter H300, Holter H600), producător BTL Industries, Ltd., Marea Britanie, solicitant S.C. „GLAVIRUX” S.R.L., mun. Chișinău, s-a hotărât:

a) A aproba completările la descrierea de model pentru electrocardiograful tip BTL-08 (modificările SD, MD, MT Plus, LC, LT, LC Plus, LT Plus) inclus în „Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” sub I-0767:2011.

3. În rezultatul efectuării expertizei metrologice a documentelor referitoare la traductorul tip 7724-1 și tip 7723-3, producător Eduard Willw GmbH&co.KG, Republica Federală Germania, solicitant IS „Aeroportul Internațional Mărculești”, r-nul. Florești, s. Lunga, s-a hotărât:

a) A recunoaște certificatul de etalonare pentru traductorul tip 7724-1, nr. de fabricație 510432025 eliberat la 29.10.10.

b) A recunoaște certificatul de etalonare pentru traductorul tip 7723-3, nr. de fabricație 511022010 eliberat la 13.01.10.

Director general

Vitalie DRAGANCEA