



## HOTĂRÎRE

nr. 0036-M

“19” octombrie 2011

**mun. Chișinău**

Referitor la aprobarea de  
model a mijloacelor de măsurare importate  
în loturi mici sau exemplare unice

Institutul Național de Standardizare și Metrologie, în calitate de organism național de metrologie, examinând materialele prezentate în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare importate în loturi mici sau exemplare unice emite următoarea

### HOTĂRÎRE :

**1.** A aproba modelul și a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, **pH-metrul (aparat de titrare) tip TIM 840** cu numărul de fabricație 699R036N011 producător **RADIOMETER ANALYTICAL SA**, Republica Franceză, solicitant SRL „**ECOCHIMIE**”, mun. Chișinău, cu **nr. III-0250:2011**.

A elibera SRL „**ECOCHIMIE**”, mun. Chișinău, certificatul de aprobare de model **nr. 0217U** pentru mijlocul de măsurare menționat.

Se stabilește, în mod obligatoriu, verificarea metrologică inițială și periodică cu perioada de verificare **12 luni**.

**Director general**

**Vitalie DRAGANCEA**