



HOTĂRÎRE

nr. 0001-M

“20” ianuarie 2012

mun. Chișinău

Referitor la modificarea
hotărîrii

HOTĂRÎRE :

A modifica pct. 1 al Hotărîrii nr. 0043 – M din 26.12.2011 și al prezenta în următoarea redacție:

1. A aproba modelul și a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, **analizatorul hematologic tip MS 9-5** cu numărul de fabricație 8H5/3308, 8H5/3328, 8H5/3344, 8G5/3295 producător „Melet Schloesing”, Republica Franceză, solicitant I.M. „Becor” S.R.L., mun. Chișinău, cu **nr. III-0257:2011.**

A elibera I.M. „Becor” S.R.L., mun. Chișinău, certificatul de aprobare de model **nr. 0222U** pentru mijlocul de măsurare menționat.

Se stabilește, în mod obligatoriu, verificarea metrologică inițială și periodică cu perioada de verificare metrologică **12 luni.**

Director general

Vitalie DRAGANCEA