



HOTĂRÎRE

nr. 0022-M

“12” iunie 2012

mun. Chișinău

Referitor la aprobarea de
model a mijloacelor de măsurare importate
în loturi mici sau exemplare unice

Institutul Național de Standardizare și Metrologie, examinând materialele prezentate pentru efectuarea expertizei metrologice, emite următoarea

HOTĂRÎRE :

1. A aproba modelul și a include în “Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, **electrocardiograful tip ECG (modificările ECG-101, ECG-300, ECG-6010)**, pentru modificarea ECG-101 numerele de fabricație: 0111030136, 0111030127, 0111020080; pentru modificarea ECG-300 numerele de fabricație: 0311030113, 0311030107, 0311030108, 0311030110, 0311030118; pentru modificarea ECG-6010 numerele de fabricație: 1911030022, 1911030035, producător „Shenzhen Biocare Electronics Co., Ltd.”, Republica Populară Chineză, solicitant F.Ș.P. „DAC-SPECTROMED” S.R.L., mun. Chișinău, cu **nr. III-0278:2012**.

A elibera F.Ș.P. „DAC-SPECTROMED” S.R.L., mun. Chișinău, certificatul de aprobare de model **nr. 0238U** pentru mijlocul de măsurare menționat.

Se stabilește, în mod obligatoriu, verificarea metrologică inițială și periodică cu perioada de verificare metrologică **12 luni**.

2. În urma efectuării expertizei metrologice a documentelor referitoare la aparatul de cântărit cu funcționare neautomată (basculă pod electronică pentru vagoane) tip BSB, producător și solicitant „Alex S & E” S.R.L., mun. Chișinău, s-a hotărât:

De aprobat completările la descrierea de model pentru aparatul de cântărit cu funcționare neautomată (basculă pod electronică pentru vagoane) tip BSB, inclus în „Registrul de stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” sub numărul I-0751:2010 în scopul includerii traductoarelor tip BM14G, tip BM14A, producător „Zhonghang Electronic Measuring Instruments Co. Ltd. (Zemic)”, Republica Populară Chineză; tip ZS, tip QS, tip NHS, tip YBS, producător „Keli Electric Manufacturing (Ningbo) Co, Ltd.”, Republica Populară Chineză, tip CSP-M, tip ASC, producător „Vishay Tedeo-Huntleigh Ltd.”, Statul Israel și a modificărilor constructive noi.

3. În urma efectuării expertizei metrologice a documentelor referitoare la aparatul de cântărit cu funcționare neautomată (basculă pod electronică pentru vehicule rutiere) tip BSA, producător și solicitant „Alex S & E” S.R.L., mun. Chișinău, s-a hotărât:

De aprobat completările la descrierea de model pentru aparatul de cântărit cu funcționare neautomată (basculă pod electronică pentru vehicule rutiere) tip BSA, inclus în „Registrul de stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” sub numărul I-0750:2010 în scopul includerii traductoarelor tip BM14G, tip BM14A, producător „Zhonghang Electronic Measuring Instruments Co. Ltd. (Zemic)”, Republica Populară Chineză; tip ZS, tip QS, tip NHS, tip YBS, producător „Keli Electric Manufacturing (Ningbo) Co, Ltd.”, Republica Populară Chineză, tip CSP-M, tip ASC, producător „Vishay Tedeo-Huntleigh Ltd.”, Statul Israel și a modificărilor constructive noi.

4. În urma efectuării expertizei metrologice a documentelor referitoare la balanța electrono-tenzometrică de cântărire statică tip BS, producător și solicitant „Alex S & E” S.R.L., mun. Chișinău, s-a hotărât:

De aprobat completările la descrierea de model pentru balanța electrono-tenzometrică de cântărire statică tip BS, inclusă în „Registrul de stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova” sub numărul I-0222:2000 în scopul includerii modificării BS-15D1.4-7.

/Director general



Vitalie DRAGANCEA