



## HOTĂRÎRE

nr. 0026-M

“19” iulie 2012

**mun. Chișinău**

Referitor la expertiza metrologică a documentelor

Institutul Național de Standardizare și Metrologie, examinând materialele prezentate pentru efectuarea expertizei metrologice emite următoarea

### HOTĂRÎRE :

1. În urma efectuării expertizei metrologice a documentelor referitoare la traductorul de deplasare tip „TR-25” și la presa de încercare statică a materialelor tip „UTAS 0065”, deținută de către ÎCS „Pa&Co International” S.R.L., mun. Bălți, s-a hotărât:

- a) De recunoscut, certificatul de etalonare nr. L-05/912/2011, pentru traductorul de deplasare tip „TR-25”, producător „NOVOTECHNIC”, Republica Federală Germană cu numărul de fabricație 105038/A; eliberat de către „S.C. GELUTECH LABORATOR FORTE S.R.L.”, România, la 27.10.2011.
- b) De recunoscut, certificatul de etalonare nr. F-01/911/2011, pentru presa de încercare statică a materialelor tip „UTAS 0065”, producător „UTEST”, Turcia cu numărul de fabricație 11/091221, eliberat de către „S.C. GELUTECH LABORATOR FORTE S.R.L.”, România, la 27.10.2011.

Se recomandă să se efectueze etalonarea periodică a traductorului de deplasare tip „TR-25”, producător „NOVOTECHNIC”, Republica Federală Germană și a presei de încercare statică a materialelor tip „UTAS 0065”, producător „UTEST”, Turcia în laboratoarele Institutului Național de Standardizare și Metrologie.

/Director general

**Vitalie DRAGANCEA**