

HOTĂRÎRE

nr.009

“11” februarie 2014

Referitor la aprobarea de model în exemplare unice sau loturi mici a mijloacelor de măsurare.

Institutul Național de Metrologie, examinând materialele prezentate emite următoarea:

HOTĂRÎRE :

1. A aproba modelul și a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, **spectrofotometru tip Antaris II**, producător Thermo Fisher Scientific, Statele Unite ale Americii cu **nr. III-0344:2014**.

A elibera certificatul de aprobare de model **nr.0286 U** pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de fabricație: AHY1301007, firmei Î.C.S. „NITECH” S.R.L., mun.Chișinău.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru **spectrofotometru tip Antaris II** verificarea metrologică inițială și periodic cu **perioada de verificare – 12 luni**.

2. A aproba modelul și a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, **aparat ultrasonografic doppler diagnostic tip SONOACE R3**, producător SAMSUNG MEDISON CO., LTD., Seoul, Republica Coreea cu **nr. III-0345:2014**.

A elibera certificatul de aprobare de model **nr.0287 U** pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de fabricație: S0HYM3HD900023L și nr. de fabricație a traductoarelor:

- tip CN4-9 cu nr. de fabricație P00XM3GDC00014H;
- tip CN2-8 cu nr. de fabricație P00VM3GD900069R;
- tip C2-4/20 cu nr. de fabricație P01EM3HDA00008D;
- tip EC4-9 cu nr. de fabricație P083M3GD900057H;
- tip LE5-12 cu nr. de fabricație P0C6M3GD900001Z, firmei "Lacteia – Prim" S.R.L., mun.Chișinău.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru **aparatul ultrasonografic doppler diagnostic tip SONOACE R3** verificarea metrologică inițială și periodic cu **perioada de verificare – 12 luni**.

Director general

VITALIE DRAGANCEA