

HOTĂRÎRE

nr. 053

“20” octombrie 2014

Referitor la recunoașterea rezultatelor încercărilor metrologice a mijloacelor de măsurare importate în exemplare unice sau loturi mici.

Institutul Național de Metrologie, examinând materialele prezentate emite următoarea:

HOTĂRÎRE :

1. A recunoaște certificatul de aprobare de model și a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, **luxmetrul digital tip „Эколайт” (modificarea 02)**, producător ООО „ЭкоСфера”, Federația Rusă, cu **nr. III-0389:2014**.

A elibera certificatul de recunoaștere a aprobării de model **nr. 0078 UR** pentru mijlocul de măsurare menționat firmei S.R.L. „RESTMED”, mun. Chișinău, Republica Moldova pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de fabricație 00541-13, ФГ-01 nr. 01568-13; 00543-13, ФГ-01 nr. 01570-13; 00542-13, ФГ-01 nr. 01569-13.

A recunoaște verificarea metrologică inițială a **luxmetrului digital tip „Эколайт” (modificarea 02)**, efectuată de către Agenția Federală pe Reglementare Tehnică și Metrologie, Federația Rusă. În acest caz pe buletinul de verificare se aplică marcajul de recunoaștere a rezultatelor verificărilor (“REC”);

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru **luxmetrul digital tip „Эколайт” (modificarea 02)** verificarea metrologică periodică cu **perioada de verificare – 12 luni** (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legală).

2. A recunoaște certificatul de aprobare de model și a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, **analizator de zgomot și vibrații tip «Экофизика -110А»**, producător ООО „ПКФ Цифровые приборы”, Federația Rusă, cu **nr. III-0390:2014**.

A elibera certificatul de recunoaștere a aprobării de model **nr. 0079 UR** pentru mijlocul de măsurare menționat firmei S.R.L. „RESTMED”, mun. Chișinău, Republica Moldova pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de fabricație AB130053; AB130080; AB130081; AB130082; AB130083.

A recunoaște verificarea metrologică inițială a **analizatorului de zgomot și vibrații tip «Экофизика -110А»**, efectuată de către ООО „ПКФ Цифровые приборы”, Federația Rusă. În

acest caz pe buletinul de verificare se aplică marcajul de recunoaștere a rezultatelor verificărilor ("REC");

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru **analizatorul de zgomot și vibrații tip «Экофизика -110А»** verificarea metrologică periodică cu **perioada de verificare – 12 luni** (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legală).

3. A recunoaște certificatul de aprobare de model și a include în "Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova", partea III, **aparat pentru măsurarea câmpului electromagnetic tip ПЗ-60**, producător ЗАО „НПП” Циклон Прибор”, Federația Rusă, cu **nr. III-0391:2014**.

A elibera certificatul de recunoaștere a aprobării de model **nr. 0080 UR** pentru mijlocul de măsurare menționat firmei S.R.L. „RESTMED”, mun. Chișinău, Republica Moldova pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de fabricație 100205; 100206; 100207; 100208; 100209; 100210; 100211; 100212; 100213; 100214.

A recunoaște verificarea metrologică inițială a **aparatului pentru măsurarea câmpului electromagnetic tip ПЗ-60**, efectuată de către ФГУП ВНИИОФИ, Federația Rusă. În acest caz pe buletinul de verificare se aplică marcajul de recunoaștere a rezultatelor verificărilor ("REC");

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru **aparatul pentru măsurarea câmpului electromagnetic tip ПЗ-60** verificarea metrologică periodică cu **perioada de verificare – 12 luni** (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legală).

4. A recunoaște certificatul de aprobare de model și a include în "Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova", partea III, **aparat pentru măsurarea câmpului electrostatic tip СТ-01**, producător ООО „НТМ - Защита”, Federația Rusă, cu **nr. III-0392:2014**.

A elibera certificatul de recunoaștere a aprobării de model **nr. 0081 UR** pentru mijlocul de măsurare menționat firmei S.R.L. „RESTMED”, mun. Chișinău, Republica Moldova pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de fabricație 237813; 237913; 238013; 238113; 238213; 238313; 238413; 238513; 238613; 238713.

A recunoaște verificarea metrologică inițială a **aparatului pentru măsurarea câmpului electrostatic tip СТ-01**, efectuată de către ФГУП ВНИИОФИ, Federația Rusă. În acest caz pe buletinul de verificare se aplică marcajul de recunoaștere a rezultatelor verificărilor ("REC");

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru **aparatul pentru măsurarea câmpului electrostatic tip СТ-01** verificarea metrologică periodică cu **perioada de verificare – 12 luni** (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legală).

Director general

VITALIE DRAGANCEA