

HOTĂRÎRE

nr. 043

“18” decembrie 2015

Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare importate în exemplare unice și în loturi mici.

Institutul Național de Metrologie, examinând materialele prezentate emite următoarea:

HOTĂRÎRE :

1. A aproba modelul și a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, **SPECTROMETRU tip DSPec LF**, producător AMETEK Advanced Measurement Technology, Inc., Statele Unite ale Americii, cu nr. III-0442:2015.

A elibera certificatul de aprobare de model nr. **0354 U** pentru mijlocul de măsurare menționat cu detectorul tip GEM-S7025P4-RB-SMP - **P51439B**.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru **SPECTROMETRU tip DSPec LF** verificarea metrologică inițială și periodică cu **perioada de verificare – 12 luni** (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal”).

Solicitantul să depună la INM declarația pe proprie răspundere în scopul extinderii domeniului avizului tehnic de înregistrare conform RGML 02:2012.

2. A aproba modelul și a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, **DENSIMETRU tip DMA 4100M**, producător Anton Paar GmbH, Republica Austria, cu nr. III-0443:2015.

A elibera certificatul de aprobare de model nr. **0355 U** pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de fabricație: **81838905, 81838967**.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru **DENSIMETRU tip DMA 4100M** verificarea metrologică inițială și periodică cu **perioada de verificare – 60 luni** (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal”).

Solicitantul să depună la INM declarația pe proprie răspundere în scopul extinderii domeniului avizului tehnic de înregistrare conform RGML 02:2012.

3. A aproba modelul și a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, **CROMATOGRAF CU LICHID tip LC-30 NEXERA**, producător ”SHIMADZU CORPORATION”, Japonia, cu nr. III-0444:2015.

A elibera certificatul de aprobare de model nr. **0356 U** pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de fabricație pentru: detectorul SPD-M30A – **L20775200736AE**; detectorul RF-20A – **L20495202998CD**; detectorul RID-20A – **L21465200420CD**.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru **CROMATOGRAF CU LICHID tip LC-30 NEXERA** verificarea metrologică inițială și periodică cu **perioada de verificare – 12 luni** (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal”).

4. A aproba modelul și a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, **SPECTROFOTOMETRU CU ABSORBȚIE ATOMICĂ tip AA-7000**, producător ”SHIMADZU CORPORATION”, Japonia”, cu nr. **III-0445:2015**.

A elibera certificatul de aprobare de model nr. **0357 U** pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de fabricație: **A30945200634AE**; **A30945200629AE**; **A30945200636AE**; **A30945200633AE**; **A30945200635AE**.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru **SPECTROFOTOMETRU CU ABSORBȚIE ATOMICĂ tip AA-7000** verificarea metrologică inițială și periodică cu **perioada de verificare – 12 luni** (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal”).

5. A aproba modelul și a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, **CROMATOGRAF CU GAZ tip GCMS-TQ8040**, producător ”SHIMADZU CORPORATION”, Japonia”, cu nr. **III-0446:2015**.

A elibera certificatul de aprobare de model nr. **0358 U** pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de fabricație: **021155200156AE** și nr. de fabricație a detectorului tip FID-2010Plus **C11825202682SA**.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru **CROMATOGRAF CU GAZ tip GCMS-TQ8040** verificarea metrologică inițială și periodică cu **perioada de verificare – 12 luni** (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal”).

Director General

Adrian ONCEANU