

HOTĂRÎRE

nr. 045

“24” decembrie 2015

Referitor la aprobarea de model a mijloacelor de măsurare importate în exemplare unice și în loturi mici.

Institutul Național de Metrologie, examinând materialele prezentate emite următoarea:

HOTĂRÎRE :

1. A aproba modelul și a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, **APARAT PENTRU MĂSURAREA PARAMETRILOR MICROCLIMEI tip Testo 480**, producător Testo AG, Republica Federală Germania, cu nr. III-0447:2015.

A elibera certificatul de aprobare de model nr. **0359 U** pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de fabricație: **60335546** și nr. de fabricație a traductoarelor: **02896844, 02891215, 60349202, 06020743**.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru **APARAT PENTRU MĂSURAREA PARAMETRILOR MICROCLIMEI tip Testo 480** verificarea metrologică inițială și periodică cu **perioada de verificare – 12 luni** (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal”).

2. A aproba modelul și a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, **CROMATOGRAF CU GAZ tip GC-2010Plus**, producător ”SHIMADZU CORPORATION”, Japonia, cu nr. III-0448:2015.

A elibera certificatul de aprobare de model nr. **0360 U** pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de fabricație: **C11805210872SA** și nr. de fabricație a detectorului **021005200225CZ**.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru **CROMATOGRAF CU GAZ tip GC-2010Plus** verificarea metrologică inițială și periodică cu **perioada de verificare – 12 luni** (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal”).

3. A aproba modelul și a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, **CROMATOGRAF CU GAZ tip GC-2010Plus**, producător ”SHIMADZU CORPORATION”, Japonia”, cu nr. III-0449:2015.

A elibera certificatul de aprobare de model nr. **0361 U** pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de fabricație: **C11805210924SA** (nr. de fabricație a detectoarelor: FTD-2010Plus - **C11845200628SA**; ECD-2010Plus - **N06977**); **C11805210922SA** (nr. de fabricație a detectoarelor: FTD-2010Plus - **C11845200624SA**; ECD-2010Plus – **N07103**); **C11805210879SA** (nr. de fabricație a detectoarelor: FTD-2010Plus - **C11845200627SA**; ECD-2010Plus – **N07102**).

Republica Moldova, mun. Chișinău MD-2064, Str. Eugen Coca nr. 28

tel: 022 903 100 fax: 022 903 111

E-mail: office@metrologie.md

www.metrologie.md

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru **CROMATOGRAF CU GAZ tip GC-2010Plus** verificarea metrologică inițială și periodică cu **perioada de verificare – 12 luni** (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal”).

4. A aproba modelul și a include în ”Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în Republica Moldova”, partea III, **CROMATOGRAF CU GAZ tip GC-2010Plus**, producător ”SHIMADZU CORPORATION”, Japonia, cu nr. **III-0450:2015**.

A elibera certificatul de aprobare de model nr. **0362 U** pentru mijlocul de măsurare menționat cu nr. de fabricație: **C12095200974SA** și nr. de fabricație a detectorului **021185200012SA**.

Se stabilește, în mod obligatoriu, pentru **CROMATOGRAF CU GAZ tip GC-2010Plus** verificarea metrologică inițială și periodică cu **perioada de verificare – 12 luni** (conform „Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal”).

Director General

Adrian ONCEANU