

Institutul Național de Metrologie (INM) este o instituție publică subordonată autorității centrale de metrologie, care își desfășoară activitatea conform prevederilor **Legii metrologiei Nr. 19 din 04.03.2016** și a regulamentului de funcționare aprobat de Guvern conform **HG nr. 976 din 16.08.2016**. Documente referitoare la asigurarea trasabilității metrologice a rezultatelor măsurărilor, efectuate în Republica Moldova, la Sistemul Internațional de Unități (SI).

Misiunea INM constă în elaborarea, cercetarea, dezvoltarea, menținerea și păstrarea Etaloanelor Naționale, realizarea comparărilor etaloanelor naționale la nivel regional și internațional, precum și conservarea și diseminarea unităților de măsură legale de la etaloanele naționale la etaloanele de nivel ierarhic inferior pînă la etaloanele de lucru.

În scopul asigurării trasabilității metrologice a măsurărilor, INM se conduce de practicile internaționale existente în organizația regională de metrologie, și anume: **EURAMET** organizație la care INM este afiliat, oferind activități de diseminare a unităților de măsură, prin operații de etalonare, sub un Sistem de Management implementat în conformitate cu **SM EN ISO/IEC 17025:2018**.

Prin prezenta INM declară că trasabilitatea metrologică a măsurărilor este asigurată în conformitate cu criteriile stabilite la aliniatul 2, punctul 1) și 3a), din **Politica ILAC-P10:07/2020** privind asigurarea trasabilității și pune la dispoziția părților interesate toate dovezile după cum urmează:

Audituri interne (SM EN ISO/IEC 17025:2018 cap. 8.8)

INM deține un Sistem de Management corespondent la prevederile politicilor ILAC și reglementărilor din forumul tehnic al calității din cadrul **EURAMET**. Modalitățile de confirmare că Sistemul de management este adecvat, efectiv implementat și menținut eficient se stabilesc atât în baza auditorilor interne, cât și a celor externe. Procedura ce descrie activitatea de audit intern este **PG-18 INM Audituri interne**. Auditurile interne asigură menținerea unui Sistem de management fiabil și conduc la îmbunătățirea continuă a acestuia.

Auditurile externe se realizează fie prin intermediul Organismului Național de Acreditare, **MOLDAC**, fie în cadrul organizației regionale de metrologie **EURAMET** prin procedura de Peer Review. În cadrul auditurilor externe a fost evaluată funcționalitatea Sistemului de management de către experți tehnici și evaluatori recunoscuți la nivel internațional, pe baza domeniilor de măsurare: termometrie, radiații ionizante, electricitate și magnetism, mase și mărimi derivate, lungimi, fotometrie și radiometrie. INM deține recunoașterea Sistemului de management cu cerințele standardului **ISO/IEC 17025**, la cel de-al XIX-lea Comitet Tehnic pentru Calitate (**TC-Q**) al **EURAMET** din 20.03.2024. VSL, Delft, Țările de Jos.

Personal (SM EN ISO/IEC 17025:2018 cap. 6.2)

Modalitățile de asigurare a competenței personalului implicat în activitățile de diseminare a unităților de măsură SI sunt stabilite în procedura **PG-01 INM Personal și formare profesională**. Această procedură stabilește modalitatea de determinare a necesității anuale de instruiți sau perfecționări, de scurtă sau lungă durată, planificarea acestora, întru îndeplinirea unui scop anume în ceea ce privește asigurarea trasabilității și diseminării corecte a unității de măsură. De asemenea PG se referă la evaluarea competenței profesionale și compatibilității cu scopurile propuse a colaboratorului. Confirmarea privind competența personalului se regăsește în laborator în dosarul 3.X/D-06 Personal și conține: înregistrări a instruirilor interne, certificate obținute în cadrul instruirilor externe, schimb de experiență, participări la comparări PT/ILC, diplome de studii și altele. Participările la conferințele de profil internaționale și/sau naționale sunt considerate drept activitate de formare profesională.

Facilități și condițiile de mediu (SM EN ISO/IEC 17025:2018 cap.6.3)

INM deține sistem de climatizare performant - HVAC, care asigură că mediul ambiant nu invalidează rezultatele măsurărilor sau afectează negativ calitatea oricărei măsurări. Sistemul HVAC permite ca mediul de lucru să fie ajustat la cerințele specifice fiecărei măsurări. Cerințele tehnice față de condițiile de mediu ce influențează în mod direct sau indirect calitatea rezultatelor de măsurare/etalonare, sunt menționate în procedurile de etalonare. Parametrii de mediu care au influență asupra calității rezultatelor activității sunt monitorizați și înregistrați în decursul desfășurării etalonării de către mijloace de măsurare automatizate, astfel influența factorului uman este minimalizată, pentru a asigura un transfer de date transparent și credibil. Etalonarea este întreruptă când valorile parametrilor menționați sunt în afara limitelor stabilite și este reluată doar după remediarea condițiilor de mediu.

Modalitățile de monitorizare a condițiilor de mediu sunt descrise în procedura **PG-03 INM Facilități și condiții de mediu**.

Metode de etalonare și metode de validare (conform SM EN ISO/IEC 17025:2018 cap. 7.2)

Laboratorul utilizează metode standardizate, considerate validate, ce sunt descrise în documente normative naționale și regionale, precum și în publicații internaționale recunoscute. Metodele de etalonare și verificare a metodelor aplicate în laborator sunt descrise în **PG-08 INM Selectarea, verificarea și validarea metodelor** și în procedurile de etalonare dezvoltate în INM (Lista procedurilor de etalonare poate fi urmărită conform FL-16/01 Lista centralizatoare a documentelor interne). În cazul dezvoltării de noi metode de etalonare, laboratorul ia în considerare rezultatele participării la comparații interlaboratoare precum și măsurări realizate prin diferite metode.

Evaluarea incertitudinii de măsurare (conform SM EN ISO/IEC 17025:2018 cap. 7.6)

Evaluarea și estimarea incertitudinii de măsurare, descrise în **PG-10 INM Evaluarea incertitudinii de măsurare**, se realizează în conformitate cu **SM ISO/IEC Ghid 98-3:2017**. Bilanțul de incertitudini pentru fiecare mijloc de măsurare etalonat este descris în procedurile de etalonare elaborate, pentru a oferi transparență în modul de estimare a incertitudinii de măsurare.

Trasabilitatea metrologică (conform SM EN ISO/IEC 17025:2018 cap.6.5)

În Republica Moldova, Institutul Național de Metrologie, menține **Etaloane Naționale (ETN)**, aprobate prin hotărâri ale MDED, la recomandarea Consiliului Național de Metrologie. ETN constituie surse de trasabilitate metrologică pentru unitățile de măsură pe care le materializează și le reproduc. ETN sunt fie realizări primare ale unității - situație în care acestea sunt comparate direct la realizări internaționale primare de același fel, fie realizări secundare - situație în care acestea sunt periodic etalonate în raport cu etaloane primare deținute de **BIPM** sau de alte Institute Naționale de Metrologie semnatare ale Aranjamentului de Recunoaștere Reciprocă a Etaloanelor Naționale și ale Certificatelor de Etalonare și de Măsurare al Comitetului Internațional pentru Măsură și Greutăți, **CIPM MRA**.

Toate măsurările realizate în laboratoarele INM sunt trasabile la unitățile Sistemului Internațional de Unități SI, printr-un unu lanț neîntrerupt și documentat de etalonări, fiecare contribuind la incertitudinea de măsurare.

Modalitățile acceptate de Sistemul de Management al INM, pentru asigurarea trasabilității metrologice, prin preluarea unităților de măsură sunt descrise în **PG-05 INM Trasabilitate metrologică**, în concordanță cu prevederile politicii **ILAC-P10:07/2020**:

- de la alte Institute Naționale de Metrologie sau Institute Desemnate pentru serviciile acoperite de CIPM MRA. Aceste servicii sunt indicate prin includerea logo-ului CIPM MRA pe certificatele de etalonare.
- de la alte Institute Naționale de Metrologie ale cărui servicii sunt adecvate pentru scopul intenționat și este susținut de dovezi de competență (Anexa B din KCDB) pentru cel puțin un CMC conex, dar nu este acoperit în Anexa C a BIPM KCDB sau de CIPM MRA, deoarece în CIPM MRA nu este disponibilă categoria specifică de Capabilități de Măsurare.

Trasabilitatea metrologică și capabilitățile de măsurare ale INM sunt disponibile pentru consultare în baza de date KCDB, pe site-ul oficial INM <https://inm.md/rom>, precum și în Anexa 1, pentru acele capabilități asigurate prin calea 3a.

Asigurarea validității rezultatelor (conform SM EN ISO/IEC 17025:2018 cap. 7.7)

Modalitățile adoptate de Sistemul de Management pentru asigurarea validității rezultatelor etalonărilor sunt stabilite în procedura generală **PG-11 INM Asigurarea validității rezultatelor**, și se ia în considerare executarea atât a activităților în curs de desfășurare, cât și a celor planificate, cum ar fi supervizarea activității de etalonare, prin aplicarea de scheme de ILC/PT cu laboratoare din institute de metrologie similare, verificări intermediare, etalonări replicate, evaluări asistate etc. Confirmarea privind asigurarea controlului calității rezultatelor se regăsește în incinta laboratorului sub formă de rapoarte și se păstrează în dosarele Sistemului de Management.

Director INM

Diana BEJENARU

Nr.	Subdomeniu metrologic	Obiectul supus etalonării	Procedura de etalonare	Interval de măsurare	Incertitudinea de măsurare	Trasabilitatea metrologică
1.	Lungimi/ Unghi	Tije metrice	PE-3.5/05	(0 ÷ 4500) mm	0,4 mm	Certificate de etalonare Nr. MD 10 3.5-835/2025; MD 10 3.5-494/2025;
		Comparatoare cu cadran	PE-3.5/07	(0 ÷ 50) mm	0,04 μm	Certificat de etalonare Nr.01.01-933/2024; INM România
		Măsurări de arie	PE-3.5/08	(0 ÷ 300) mm	0,01 mm	Certificate de etalonare Nr.MD 10 3.5-868/2025; MD 10 3.5-869/2025;
		Șosea etalon	PE-3.5/12	(0 ÷ 3000) m	0,80 m	Certificat de etalonare nr. MD 10 3.5-836/2025;
		Roți de măsurat	PE-3.5/13	(0 ÷ 9999,9)	0,03 %	Certificat de etalonare nr. MD 10 3.5-835/2025;
		Standuri pentru verificarea aparatelor de măsurare a jocului volanului autovehiculelor	PE-3.5/10	± 60°	3' 2,5"	Certificate de etalonare nr. MD 10 3.5-869/2025; Nr.01.02-351/2023; INM România
		Raportoare	PE-3.5/09	Exterior: (0 ÷ 360)° Interior: (0 ÷ 180)°	1'	Certificat de etalonare No.4011-KL-U0277-25 CMI (Cehia) INM (România) Nr.01.02-086/2023
		Plăci/mese de control	PE-3.5/14	± 1,5 mm	3 μm	Certificat de etalonare Nr.8014-KL-L0004-26 CMI (Cehia)
		Panglici și rulete de măsurat	PE-3.5/15	(20 ÷ 100) m	0,2+10·L·10 ⁻⁶ , L în mm	Certificat de etalonare Nr.8014-KL-L0004-26 CMI (Cehia)
		Comparatoare pentru cale plan paralele	PE-3.5/18	Până la 100 mm	0,04 μm	Certificat de etalonare Nr. 01.01-933/2024; INM România
		Aparate de măsurat grosimi	PE-3.5/23	0-100 mm	0,03 mm	Certificat de etalonare nr. Nr.01.01-933/2024; INM România
		Șubler modificat	PE-3.5/03	0-100 mm	0,02 mm	Certificat de etalonare nr. Nr.01.01-933/2024; INM România
Clupe Forestiere	PE-3.5/03	0-1000 mm	0,2 mm	Certificat de etalonare Nr.01.01-930/2024; INM România		
2.	Temperatura	Termometre termoelectrice	PE-3.4/03	(660 ÷ 1200) °C	0,8 °C	INM (Cehia) Certificat de etalonare: Nr. 1012-KL-35030-25 INM (Cehia)

		Calibratoare de temperatură	PE -3.4/07	$(-80 \div 700) ^\circ\text{C}$	$(0,02 \div 0,15) ^\circ\text{C}$	Certificat de etalonare: Nr. 6011-KL-L1428-24 INM (Cehia) Certificat de etalonare: 1012-KL-25037-24
		Higrometre psihrometrice	PE -3.4/09	$(0 \div 45) ^\circ\text{C}$ $(10 \div 95)\%$	$(0,5 \div 1,5) \%$ $(0,06 \div 0,15) ^\circ\text{C}$	Certificat de etalonare: Nr. 6036-KL-D00s3-25 INM (Cehia)
		Termometre din sticlă cu lichid	PE -3.4/02	$(300 \div 600) ^\circ\text{C}$	$0,02 ^\circ\text{C}$	Certificat de etalonare: Nr. 6011-KL-L1428-24 INM (Cehia) Certificat de etalonare: Nr. 1012-KL-25037-24 INM (Cehia)
		Termometre în infraroșu	PE -3.4/18	$(35 \div 1300) ^\circ\text{C}$	$1,39 ^\circ\text{C}$	Certificat de etalonare: 1012-KL -45115-25 INM (Cehia)
3.	Indicele de refracție	Refractometre	PE -3.7/09	$(1,33 \div 1,65) \eta\text{D}$ $(0 \div 100)\%$ Brix	$4,5 \cdot 10^{-5} \eta\text{D}$ $0,022 \%$ Brix	Materiale de referință certificate ce asigură trasabilitatea conform politicii MOLDAC P-03 sau Certificat de etalonare nr. MD 10 3.7-069/2026;
4.	Polarimetrie	Polarimetre	PE -3.7/13	$(-13 \div 43) ^\circ$	$0,004 ^\circ$	UKRMETRTESTSTANDART UA/37230202/000117
5.	Concentrații elemente chimice	Analizatoare de concentrații	PE -3.7/12	-	$(1 \div 10) \%$ din valoare	Sursele proprii a beneficiarilor ce asigură trasabilitatea conform politicii MOLDAC P-03
6.	Cantitatea de substanță (gaze)	Gaz-cromatografe	PE -3.7/10	-	$(1 \div 10) \%$ din valoare	Sursele proprii a beneficiarilor ce asigură trasabilitatea conform politicii MOLDAC P-03
7.	Dozimetrie	Dozimetre utilizate pentru monitorizarea individuală în radioprotecție	PE -3.1/02	$0,9 \mu\text{Sv/h} \div 0,25 \text{ Sv/h}$	$(4,5 \div 5,6) \%$	Agenția Internațională de Energie Atomică (IAEA) Certificat de etalonare: MOL/2025/2 MOL/2025/EL01 INM-MD: MD 10 3.1-005/2024
8.	Activitate	Spectrometre și radiometre	PE -3.1/05	K-40, Cs-137, Sr-90, C-14, Cl-36, Am-241	$(3 \div 10) \%$	CMI, Cehia Certificat de etalonare 1035-SE-40777-25 1035-SE-40778-25 1035-SE-40774-25 1035-SE-40773-25 1035-SE-40783-25 1035-SE-40781-25 1035-SE-40785-25 1035-SE-40787-25 1035-SE-40571-25

9.	Tensiunea în curent continuu	Multimetru digital portabil Multimetru digital de curent continuu	PE-3.3/10 PE-3.3/05	(0,001÷1000) V	(0,004÷20,8) mV	Certificat de etalonare: Nr. 6011-KL-L1217-25 CMI Cehia
	Tensiunea în curent continuu	Element normal	PE-3.3/15	10V	1,1 μV/V	Certificat de etalonare: Nr. 6011-KL-L1308-25 CMI Cehia MD 10 3.3-579/2024 INM (Moldova)
	Tensiunea în curent alternativ Intensitate a curentului alternativ Puterea electrică	Instalație de verificare a contoarelor de energie electrică Contor etalon de energie electrică	PE-3.3/08 PE-3.3/07	3x(60÷480)V 3x(0,001÷200)A	40 μV/V (65÷120) μA/A (50÷71) μW/W (50÷70) μvar/var	Certificat de etalonare: Nr. 6011-KL-L1396-24 CMI Cehia
	Intensitate a curentului alternativ	Comparator	PE nevalidată	1 A, 50 Hz 5 A, 50 Hz	(0,01÷0,1) %	Certificat de etalonare: Nr. 6011-KL-L1217-25 CMI Cehia Certificat de etalonare: Nr. 6011-KL-L1197-25 CMI Cehia
				Δf pentru 1A Δf pentru 5A	(0,0001÷0,001) % (0,0001÷0,01) %	
	ΔS pentru 1A ΔS pentru 5A			(0,01÷1) min 0,01 min		
	(2 ÷ 250)V, 50 Hz			(0,01÷0,1) V		
Δf pentru (2 ÷ 250)V	(0,0001÷0,01) %					
ΔS pentru (2 ÷ 250)V	(0,01÷0,1) min					
Tensiunea în curent alternativ						
Rezistența electrică activă	Cutie de sarcini	PE-3.3/01	(0,056÷6400) Ω	(0,001÷0,6) Ω	Certificat de etalonare: Nr. 6011-KL-L1197-25 CMI Cehia	
	Măsurătoare de rezistență electrică analogice	PE nevalidată	1 mΩ ÷ 1 GΩ	1,63 mΩ÷0,17 MΩ	Certificat de etalonare: MD 10 3.3-320/2024 MD 10 3.3-264/2025 MD 10 3.3-785/2025 INM Moldova	
10.	Frecvență și timp	Instalații de vibrație	PE-3.3/13	(10 ÷ 300) Hz (1 ÷ 1000) μm (0,5 ÷ 15) mm/s (0,5 ÷ 10) m/s ²	(0,1 ÷ 1) Hz (0,1 ÷ 2) μm (0,1 ÷ 0,5) mm/s (0,01 ÷ 0,06) m/s ²	Certificat de etalonare: Nr. 1013KL-40031-25 CMI Cehia MD 10 3.3-744/2025 INM (Moldova)
		Tahometre	PE-3.3/12	(2,5÷99999) r/min	(0,1 ÷ 1) r/min	Certificat de etalonare: Nr. 1013-KL-80046-25 CMI Cehia
11.	Mase	Greutăți etalon inclusiv speciale	PE-3.2/01	20 kg - 40 kg	(10,0 – 33,0) mg	Sursele proprii ce asigură trasabilitatea conform politicii MOLDAC P-03 MD 10 3.2-1147/2025 MD 10 3.2-1287/2025

						MD 10 3.2-1288/2025
12.	Presiune	Manometre Traductoare	PE-3.8/01 PE-3.8/03	(-100 ÷ 350) kPa	0,2 Pa	Certificat de etalonare nr. MD 10 3.8-532/2025, MD 10 3.3-891/2025. INM (Moldova)
13.	Forță	Mașini de forță	PE-3.8/06	(0,02 ÷ 1) kN	0,07 %	Certificat de etalonare MD 10 3.2-722/2025, MD 10 3.2-764/2025, MD 10 3.2-866/2024 INM (Moldova)
14.	Volum	Măsurile de volum	PE-3.6/05 PE-3.6/05	(1000 ÷ 50000) dm ³	0,015 %	Sursele proprii ce asigură trasabilitatea conform politicii MOLDAC P-03. MD 10 3.6-093/2026, MD 10 3.6-094/2026, MD 10 3.6-095/2026, MD 10 3.6-096/2026, MD 10 3.6-133/2025, INM (Moldova);
15.	Debit	Rotametre pe aer	PE-3.6/09	(0,016 ÷ 50) dm ³	0,3 %	Certificat de etalonare Nr. 5012-KL-P0098-23 ÷ 5012-KL-P0104-23; 6013-KL-M0695-23 ÷ 6013-KL-M0701-23 CMI, Cehia; MD 10 3.6-100/2026, MD 10 3.6-101/2026, MD 10 3.6-102/2026, INM (Moldova);
16.	Debit	Contoare de gaz cu pereți deformați	PE-3.6/04	(0,016 ÷ 50) m ³ /h	0,3 %	Certificat de etalonare Nr. 5012-KL-P0098-23 ÷ 5012-KL-P0104-23; 6013-KL-M0695-23 ÷ 6013-KL-M0701-23 CMI, Cehia
17.	Debit	Contoare de apă	PE-3.6/08	(0,004 ÷ 450) m ³ /h	0,4 %	Sursele proprii a beneficiarilor și ale noastre, ce asigură trasabilitatea conform politicii MOLDAC P-03
18.	Debit	Debitmetre	PE-3.6/07	(0,004 ÷ 450) m ³ /h	0,4 %	Sursele proprii a beneficiarilor și ale noastre, ce asigură trasabilitatea conform politicii MOLDAC P-03